




## Zulassungszertifikat CH-A3-19108-02

Gestützt auf Artikel 16 der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 (SR 941.210) haben wir die Zulassung mit der Ordnungsnummer 108 vom 25.6.2019 wie folgt ergänzt:

<i>Ergänzung</i>	<b>Betrieb mit neuer Firmware-Version</b>
<i>zu Gegenstand</i>	<b>Integrierender Schallpegelanalysator</b> Norsonic, Nor145
<i>Hersteller</i>	Norsonic AS N-3421 Lierskogen, Norwegen
<i>Antragsteller</i>	Norsonic Brechbühl AG Rüegsaustrasse 30 CH-3415 Rüegsausachen
<i>Ordnungsnummer</i>	108, 02. Ergänzung
<i>Zulassungszeichen</i>	
<i>Datum der Ergänzung</i>	23. Juni 2021
<i>Gültigkeit</i>	Diese Ergänzung ist gültig bis zum Ablauf der Erstzulassung.

Die Bauart, Eichvorschriften und allfällige Auflagen sind in der Beilage beschrieben. Diese ist Bestandteil der Zulassung.

3003 Bern-Wabern, 23. Juni 2021

Labor Akustik und Vibration

Dr. Christian Hof

Bereich Mechanische Grössen und ionisierende Strahlung

Dr. Henri Baumann, Bereichsleiter

## Beilage zu Zulassungszertifikat CH-A3-19108-02

### 1. Bauartänderung

Der Schallpegelanalysator kann auch mit der Firmware-Version 4.0.1807 betrieben werden.

Für die Prüfung



Claudio Ratti